

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Кристи»

107023, г. Москва, ул. Электrozаводская, д. 21, этаж 3, помещение СХІХ, ком. 205
ОГРН: 1107746392511, ОКПО: 66368948, ИНН/КПП: 7718806520 / 771801001, +7(495) 517-40-22
kristident@mail.ru www.kristident.ru

Банковские реквизиты: р/с № 40702810701150000255 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)»,
г. Москва, к/с № 30101810145250000411, БИК 044525411

Технический паспорт

на чехлы защитные для датчика радиовизиографа «КРИСТИДЕНТ»

Чехлы защитные для датчика радиовизиографа «КРИСТИДЕНТ» полимерные, одноразовые, нестерильные предназначены для защиты пациента от перекрестного загрязнения и обеспечивают гигиеническую защиту во время стоматологического лечения при рентгенодиагностических исследований.

- **Размер:** 205 x 43 мм
- **Материал:** полиэтилен
- **Толщина пленки:** 25 микрон
- **Упаковка:** 500 шт. в коробке



- **Область применения:** применяются в стоматологических лечебно-профилактических учреждениях
- **Инструкция по применению:**
 1. Снимите с упаковки один одноразовый полиэтиленовый чехол защитный для датчика радиовизиографа.
 2. Наденьте чехол на датчик радиовизиографа и начальную часть шнура, исходящего от датчика.
 3. Позиционируйте датчик с надетым на него чехлом в ротовой полости в области обследования.
- **Срок годности:** 5 лет.
- **Чехлы защитные для датчика радиовизиографа, полимерные, одноразовые, нестерильные по** ТУ 9464-004-66368948-2016 от 16.11.2016г.
- **ОКП:** 946466
- **Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/5108** от 22.03.2017г.
- **Производитель:** ООО «Кристи», Россия, 107023, ул. Электrozаводская, д.21.

Генеральный директор
ООО «Кристи»



Мнацаканян А.М.